Jet Medical® SA

CAPTIVE® J-STRAIGHTENER

INSTRUCTIONS FOR USE

TO RELEASE GUIDEWIRE FROM DISPENSER:

1. Grasp the shoulder of the J-Straightener between forefinger and thumb.



2. Gently pull on the J-Straightener shoulder until it is just removed from the dispenser tubing.



3. Holding the guidewire and the shank of the J-Straightener, fully withdraw the guidewire from the dispenser.



Note: Discard biohazard according to facility protocol.

CAUTION: DO NOT grasp and pull the guidewire prior to releasing the J-Straightener. Damage to the guidewire may occur if it is pulled against the restraint of the J-Straightener.

WARRANTY

Medcomp® WARRANTS THAT THIS PRODUCT WAS MANUFACTURED ACCORDING TO APPLICABLE STANDARDS AND SPECIFICATIONS. PATIENT CONDITION, CLINICAL TREATMENT, AND PRODUCT MAINTENANCE MAY EFFECT THE PERFORMANCE OF THIS PRODUCT. USE OF THIS PRODUCT SHOULD BE IN ACCORDANCE WITH THE INSTRUCTIONS PROVIDED AND AS DIRECTED BY THE PRESCRIBING PHYSICIAN.

Because of continuing product improvement, prices, specifications, and model availability are subject to change without notice. Medcomp® reserves the right to modify its products or contents without notice.

Medcomp® is a registered trademark of Medical Components, Inc.

Captive® J-Straightener is a registered trademark of Lake Region Manufacturing, Inc.

CAPTIVE® J-STRAIGHTENER

INSTRUCCIONES DE USO

ESPAÑOL

PARA LIBERAR LA GUÍA DEL DISPENSADOR:

1. Sujetar el hombro del J-Straightener entre el índice y el pulgar.



2. Tirar suavemente del hombro del J-Straightener hasta que se libere de la sonda del dosificador.



3. Sosteniendo la guía y el vástago del J-Straightener, extraer por completo la guía del dispensador.



Nota: Desechar los productos con peligro biológico de acuerdo con el protocolo del centro.

PRECAUCIÓN: NO agarrar ni tirar de la guía antes de liberar el J-Straightener. Pueden producirse daños en la guía si se ejerce fuerza contra la retención del J-Straightener.

GARANTÍA

Medcomp® GARANTIZA QUE ESTE PRODUCTO HA SIDO FABRICADO CONFORME A LOS ESTÁNDARES Y LAS ESPECIFICACIONES VIGENTES. EL ESTADO DEL PACIENTE, EL TRATAMIENTO CLÍNICO Y EL MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO PUEDEN AFECTAR AL RENDIMIENTO DE ESTE PRODUCTO. ESTE PRODUCTO DEBE USARSE DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES PROPORCIONADAS Y LAS INDICACIONES DEL MÉDICO QUE LO HA PRESCRITO.

Debido a la mejora continua de los productos, los precios, las especificaciones y la disponibilidad de los modelos pueden variar sin previo aviso. Medcomp® se reserva el derecho de modificar sus productos o sus contenidos sin previo aviso.

Medcomp® es una marca comercial registrada de Medical Components, Inc.

Captive® J-Straightener es una marca comercial registrada de Lake Region Manufacturing, Inc.

CAPTIVE® J-STRAIGHTENER

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

FRANÇAIS

POUR FAIRE SORTIR FIL-GUIDE DU DISTRIBUTEUR:

1. Saisissez l'épaulement du J-Straightener entre le pouce et l'index.



2. Tirez délicatement sur l'épaulement du J-Straightener jusqu'à ce qu'il se détache du tube du distributeur.



3. En tenant le fil-guide et la tige du J-Straightener, faites sortir complètement le fil-guide du distributeur.



Remarque : Jetez le matériel souillé conformément au protocole de votre établissement relatif aux déchets dangereux.

MISE EN GARDE : NE TIREZ PAS sur le fil-guide avant d'avoir détaché le J-Straightener. Vous risquez d'endommager le fil-guide si vous le tirez contre l'élément de retenue du J-Straightener.

GARANTIE

MEDCOMP® GARANTIT QUE CE PRODUIT A ÉTÉ FABRIQUÉ SELON LES NORMES ET SPÉCIFICATIONS APPLICABLES. L'ÉTAT DE SANTÉ DU PATIENT, LE TRAITEMENT CLINIQUE ET LA MAINTENANCE PEUVENT AFFECTER LA PERFRMANCE DE CE PRODUIT. CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS FOURNIES ET AUX INDICATIONS DONNÉES PAR LE MÉDECIN PRESCRIPTEUR.

En raison des améliorations continuelles que nous apportons à nos produits, les prix, les spécifications et la disponibilité des différents modèles sont sujets à des modifications possibles sans préavis. Medcomp® se réserve le droit de modifier ses produits ou leurs instructions d'utilisation sans préavis.

Medcomp® est une marque déposée de Medical Components, Inc.

Captive® J-Straightener est une marque déposée de Lake Region Manufacturing, Inc.

RADDRIZZATORE A J CAPTIVE®

ISTRUZIONI PER L'USO

ITALIANO

PER RIMUOVERE IL FILO GUIDA DAL DISPENSER:

1. Impugnare il Raddrizzatore a J per il colletto con indice e il pollice.



2. Tirare delicatamente il colletto del raddrizzatore a J fino a rimuoverlo dalla prolunga del dispenser.



3. Tenendo il filo guida e il raccordo del raddrizzatore a J, estrarre completamente il filo guida dal dispenser.



Nota: Scongiurare il rischio biologico attenendosi al protocollo della struttura.

ATTENZIONE: NON afferrare e tirare il filo guida prima di rilasciare il Raddrizzatore a J. Il filo guida potrebbe danneggiarsi se viene tirato nonostante il raddrizzatore a J sia agganciato.

GARANZIA

Medcomp® GARANTISCE CHE QUESTO PRODOTTO È STATO FABBRICATO SECONDO GLI STANDARD APPLICABILI E LE SPECIFICHE TECNICHE. LE CONDIZIONI DEL PAZIENTE, IL TRATTAMENTO CLINICO E LA MANUTENZIONE DEL PRODOTTO POSSONO COMPROMETTERE LE PRESTAZIONI DI QUESTO PRODOTTO. QUESTO PRODOTTO DOVREBBE ESSERE UTILIZZATO SEGUENDO LE ISTRUZIONI FORNITE E SECONDO LE INDICAZIONI DEL MEDICO.

Per via del continuo miglioramento del prodotto, i prezzi, le specifiche tecniche e la disponibilità del modello sono soggetti a modifiche senza preavviso. Medcomp® si riserva il diritto di modificare i suoi prodotti o contenuti senza preavviso.

Medcomp® è un marchio commerciale di Medical Components, Inc.

Captive® J-Straightener è un marchio commerciale di Lake Region Manufacturing, Inc.

CAPTIVE® J-STRAIGHTENER

GEBRAUCHSANWEISUNG

DEUTSCH

FÜHRUNGSDRAHT AUS SPENDER FREIGEBEN:

1. Fassen Sie das Schulterstück des J-Straightener zwischen Zeigefinger und Daumen.



2. Ziehen Sie vorsichtig am Schulterstück des J-Straightener, bis es vom Spenderschlauch entfernt wird.



3. Halten Sie den Führungsdraht und Schaft des J-Straightener und ziehen Sie den Führungsdraht vollständig aus dem Spender heraus.



Hinweis: Biogefährdende Stoffe sind gemäß der in der Einrichtung üblichen Vorgehensweise zu entsorgen.

VORSICHT: Fassen und ziehen Sie den Führungsdraht NICHT, bevor der J-Straightener freigegeben wurde. Der Führungsdraht kann beschädigt werden, wenn trotz Zurückhaltung des J-Straightener an ihm gezogen wird.

GARANTIE

Medcomp® GARANTIERT, DASS DIESES PRODUKT GEMÄSS DEN ANWENDBAREN NORMEN UND VORSCHRIFTEN HERGESTELLT WURDE. PATIENTENZUSTAND, KLINISCHE BEHANDLUNG UND PRODUKTWARTUNG KÖNNEN DIE LEISTUNG DES PRODUKTES BEEINTRÄCHTIGEN. DIESES PRODUKT SOLLTE UNTER EINHALTUNG DER MITGELIEFERTEN ANWEISUNGEN UND AUF ANORDNUNG DES VERSCHREIBENDEN ARZTES EINGESETZT WERDEN.

Da unsere Produkte fortlaufend verbessert werden, können die Preise, Spezifikationen und Modellverfügbarkeiten jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Medcomp® behält sich das Recht vor, die Produkte oder Inhalte ohne vorherige Benachrichtigung zu ändern.

Medcomp® ist ein eingetragenes Warenzeichen von Medical Components, Inc.

Captive® J-Straightener ist ein eingetragenes Warenzeichen von Lake Region Manufacturing, Inc.

CAPTIVE® J-STRAIGHTENER

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

SVENSKA

AVLÄGSNA STYRTRÅDEN FRÅN DISPENSERN:

1. Greppa axeln på J-Straightener mellan pekfingret och tummen.



2. Dra försiktigt i axeln på J-Straightener tills den precis släpper från dispenserslangen.



3. Håll i styrtråden och skaftet på J-Straightener och avlägsna samtidigt styrtråden helt från dispensern.



Observera: Kassera biologiska riskmaterial enligt anläggningens protokoll.

FÖRSIKTIGT: Greppa och dra INTE i styrtråden innan J-Straightener har släppts. Det kan uppstå skador om den dras emot fästena på J-Straightener.

GARANTI

Medcomp® GARANTERAR ATT DENNA PRODUKT ÄR TILLVERKAD I ENLIGHET MED GÄLLANDE STANDARDER OCH SPECIFIKATIONER. PATIENTENS TILLSTÅND, DEN KLINISKA BEHANDLINGEN OCH PRODUKTUNDERHÅLLET KAN PÅVERKA PRODUKTENS PRESTANDA. ANVÄNDNING AV DENNA PRODUKT BÖR SKE I ENLIGHET MED INSTRUKTIONERNA SOM TILLHANDAHÅLLITS AV FÖRESKRIVANDE LÄKARE.

Till följd av fortsatta produktförbättringar kan priser, specifikationer och modelltillgänglighet komma att ändras utan förvarning. Medcomp® förbehåller sig rätten att ändra sina produkter eller sitt innehåll utan föregående meddelande.

Medcomp® är ett registrerat varumärke som tillhör Medical Components, Inc.

Captive® J-Straightener är ett registrerat varumärke som tillhör Lake Region Manufacturing, Inc.

CAPTIVE® J-STRAIGHTENER

GEBRUIKSAANWIJZING

NEDERLANDS

DE VOERDRAAD UIT DE DISPENSER VRIJGEVEN:

1. Pak de schouder van de J-Straightener vast tussen uw duim en wijsvinger.



2. Trek voorzichtig aan de schouder van de J-Straightener tot deze net uit de dispenserbuis is verwijderd.



3. Houd de voerdraad en de schacht van de J-Straightener vast en trek de voerdraad volledig uit de dispenser.



Opmerking: Voer biologisch gevaarlijk materiaal af volgens het protocol van de instelling.

LET OP: U moet EERST de J-Straightener vrijgeven VOORDAT u de voerdraad vastpakt en eraan trekt. De voerdraad kan beschadigd raken als er tegen de weerstand van de J-Straightener in aan wordt getrokken.

GARANTIE

Medcomp® GARANDEERT DAT DIT PRODUCT IS VERVAARDIGD VOLGENS DE VAN TOEPASSING ZIJNDE NORMEN EN SPECIFICATIES. DE TOESTAND VAN DE PATIËNT, DE KLINISCHE BEHANDELING EN HET ONDERHOUD VAN HET PRODUCT KUNNEN DE WERKING VAN DIT PRODUCT BEÏNVLOEDEN. DIT

PRODUCT MOET WORDEN GEBRUIKT VOLGENS DE MEEGELEVERDE INSTRUCTIES EN VOLGENS DE AANWIJZINGEN VAN DE VOORSCHRIJVENDE ARTS.

Vanwege voortdurende verbeteringen aan het product, zijn de prijzen, specificaties en beschikbaarheid van de modellen onder voorbehoud. Medcomp® behoudt zich het recht voor om zijn producten of inhoud zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

Medcomp® is een gedeponeerd handelsmerk van Medical Components, Inc.

Captive® J-Straightener is een gedeponeerd handelsmerk van Lake Region Manufacturing, Inc.

CAPTIVE® J-STRAIGHTENER

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PORTUGUÊS

PARA LIBERTAR O FIO-GUIA DO DISPENSADOR:

1. Segure o rebordo do J-Straightener entre os dedos indicador e polegar.



2. Puxe suavemente o rebordo do J-Straightener até que este seja removido do tubo dispensador.



3. Segurando no fio-guia e na haste do J-Straightener, retire totalmente o fio-guia do dispensador.



Nota: Descarte qualquer risco biológico em conformidade com o protocolo do estabelecimento.

CUIDADO: NÃO segure e puxe o fio-guia antes de libertar o J-Straightener. O fio-guia poderá ser danificado se for puxado com o J-Straightener ainda em posição de bloqueio.

GARANTIA

Medcomp® GARANTE QUE ESTE PRODUTO FOI FABRICADO DE ACORDO COM AS NORMAS E ESPECIFICAÇÕES. AS CONDIÇÕES DO PACIENTE, O TRATAMENTO CLÍNICO E A MANUTENÇÃO DO PRODUTO PODEM AFETAR O DESEMPENHO DO PRODUTO. O USO DESTE PRODUTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS INSTRUÇÕES FORNECIDAS E O QUE FOR INDICADO PELO SEU MÉDICO.

Por causa da contínua melhoria de produtos, os preços, as especificações, o modelo e a disponibilidade estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Medcomp® reserva-se o direito de modificar seus produtos ou conteúdos sem aviso prévio.

Medcomp® é uma marca comercial registada de Medical Components, Inc.

Captive® J-Straightener é uma marca comercial registada de Lake Region Manufacturing, Inc.

ΕΥΘΕΙΑΣΤΗΣ J CAPTIVE®

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΘΕΙ Ο ΣΥΡΜΑΤΙΝΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΝΟΜΕΑ:

1. Πιάστε τον ώμο του Ευθειαστή J ανάμεσα στον δείκτη και τον αντίχειρα.



2. Τραβήξτε απαλά τον ώμο του Ευθειαστή J μέχρι μόλις αφαιρεθεί από τη σωλήνωση του διανομέα.



3. Κρατώντας τον συρμάτινο οδηγό και το τρυπάνι του Ευθειαστή J, αποσύρετε εντελώς τον συρμάτινο οδηγό από τον διανομέα.

Σημείωση: Απορρίψτε βιοεπικίνδυνα υλικά σύμφωνα με το πρωτόκολλο του χώρου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ πιάσετε και μην τραβήξετε τον συρμάτινο οδηγό πριν απελευθερωθεί ο Ευθειαστής J. Μπορεί να επέλθει βλάβη στον συρμάτινο οδηγό, εάν τραβηχθεί πάνω στο δέσιμο του Ευθειαστή J.

ΕΓΓΥΗΣΗ

Η Medcomp® ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ. Η ΠΑΘΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ, Η ΚΛΙΝΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. Η ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ ΠΟΥ ΤΟ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΕΙ.

Λόγω της συνεχόμενης βελτίωσης του προϊόντος, οι τιμές, οι προδιαγραφές, και η διαθεσιμότητα μοντέλων υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς ειδοποίηση. Η Medcomp® επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιήσει τα προϊόντα ή τα περιεχόμενά της χωρίς ειδοποίηση.

Το Medcomp® είναι σήμα κατατεθέν της Medical Components, Inc.

Ο Ευθειαστής J Captive® είναι ένα σήμα κατατεθέν της Lake Region Manufacturing, Inc.

CAPTIVE® J-STRAIGHTENER

NÁVOD K POUŽITÍ

ČESKY

K UVOLNĚNÍ VODICÍHO DRÁTU Z APLIKÁTORU:

1. Uchopte raménko narovnávače J-Straightener mezi ukazovák a palec.



2. Jemně zatáhněte za raménko narovnávače J-Straightener a vytáhněte jej z hadičky aplikátoru.



3. Držte vodicí drát a dřík narovnávače J-Straightener ve stabilní poloze a vytáhněte celý vodicí drát z aplikátoru.



Poznámka: Biologicky nebezpečný odpad zlikvidujte v souladu s postupy zdravotnického zařízení.

UPOZORNĚNÍ: NEUCHOPUJTE vodicí drát ani za něj netahejte, dokud neuvolníte narovnávač J-Straightener. Pokud byste vodicí drát táhli proti zarážce narovnávače J-Straightener, může dojít k poškození vodicího drátu.

ZÁRUKA

SPOLEČNOST Medcomp® ZARUČUJE, ŽE TENTO VÝROBEK BYL VYROBEN V SOULADU S PŘÍSLUŠNÝMI STANDARDY A SPECIFIKACEMI. FUNKČNOST TOHOTO VÝROBKU MŮŽE BÝT OVLIVNĚNA ONEMOCNĚNÍM PACIENTA, KLINICKOU LÉČBOU A ÚDRŽBOU PRODUKTU. POUŽÍVEJTE TENTO VÝROBEK V SOULADU S POSKYTNUTÝMI INSTRUKCEMI A PODLE POKYNŮ PŘEDEPISUJÍCÍHO LÉKAŘE.

Z důvodu průběžného vylepšování výrobku podléhá jeho cena, specifikace a dostupnost konkrétního modelu změně bez upozornění. Společnost Medcomp® si vyhrazuje právo upravit své výrobky nebo obsahy bez upozornění.

Medcomp® je registrovaná ochranná známka společnosti Medical Components, Inc.

Captive® J-Straightener je registrovaná ochranná známka společnosti Lake Region Manufacturing, Inc.

CAPTIVE® J-STRAIGHTENER

KULLANIM TALİMATLARI

TÜRKÇE

KILAVUZ TELİ DAĞITICI ALETTEN AYIRMAK İÇİN:

1. J-Straightener'in omzunu işaret parmağı ve başparmak arasında kavrayın.



2. J-Straightener omzunu dağıtıcı alet tüpünden çıkarılıncaya kadar hafifçe çekin.



3. Kılavuz teli ve J-Straightener inciğini tutarak, kılavuz teli dağıtıcı aletten tamamen çekin.



Not: Tesis protokolüne göre biyolojik tehlikeyi ortadan kaldırın.

DİKKAT: J-Straightener'i serbest bırakmadan önce kılavuz teli KAVRAMAYIN VE ÇEKMEYİN. J-Straightener'in kısıtlamasına karşı çekilirse kılavuz tel hasar görebilir.

GARANTİ

Medcomp®, BU ÜRÜNÜN YÜRÜRLÜKTEKİ STANDARTLAR VE SPESİFİKASYONLARA UYGUN OLARAK ÜRETİLDİĞİNİ GARANTİ EDER. HASTA DURUMU, KLİNİK TEDAVİ VE ÜRÜN BAKIMI BU ÜRÜNÜN PERFORMANSINI ETKİLEYEBİLİR. BU ÜRÜNÜN KULLANIMI, REÇETE YAZAN HEKİM TARAFINDAN VERİLEN TALİMATLARA UYGUN OLARAK YAPILMALIDIR.

Sürekli ürün geliştirme, fiyatlar, teknik özellikler ve model kullanılabilirliği önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Medcomp®, ürünlerini veya içeriğini haber vermeksizin değiştirme hakkını saklı tutar.

Medcomp®, Medical Components, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

Captive® J-Straightener, Lake Region Manufacturing, Inc. şirketinin tescilli ticari markasıdır.

CAPTIVE® J-STRAIGHTENER

UPUTE ZA UPORABU

HRVATSKI

ZA OTPUŠTANJE ŽICE VODILICE IZ SPREMNIKA:

1. Uhvatite obod uređaja J-Straightener kažiprstom i palcem.



2. Nježno povucite obod uređaja J-Straightener dok se tek ne odvoji od cjevčice spremnika.



3. Držite žicu vodilicu i tijelo uređaja J-Straightener i istodobno potpuno izvucite žicu vodilicu iz spremnika.



Napomena: Biološki opasan materijal odložite u skladu s protokolom ustanove.

OPREZ: NEMOJTE uhvatiti i povući žicu vodilicu prije nego što otpustite uređaj J-Straightener. Ako se žica vodilica nasilno povuče iz uređaja J-Straightener, može se oštetiti.

JAMSTVO

Medcomp® JAMČI DA JE OVAJ PROIZVOD PROIZVEDEN U SKLADU S VAŽEĆIM NORMAMA I SPECIFIKACIJAMA. PACIJENTOVO STANJE, KLINIČKO LIJEČENJE I ODRŽAVANJE PROIZVODA MOGU UTJECATI NA UČINKOVITOST OVOG PROIZVODA. OVAJ JE PROIZVOD POTREBNO UPOTREBLJAVATI U SKLADU S NAVEDENIM UPUTAMA I PREMA UPUTAMA LIJEČNIKA KOJI PROPISUJE TERAPIJU.

Zbog trajnog usavršavanja proizvoda, cijene, specifikacije i dostupnost modela podložni su promjenama bez prethodne najave. Medcomp® zadržava pravo izmjene svojih proizvoda ili sadržaja bez prethodne najave.

Medcomp® jest registrirani zaštitni znak društva Medical Components, Inc.

Captive® J-Straightener registrirani je zaštitni znak društva Lake Region Manufacturing, Inc.

SYMBOL TABLE

5.1.1	Manufacturer*
5.3.4	Keep Dry*
5.6.3	Non-pyrogenic*
5.3.2	Keep Away from Sunlight*
5.2.3 STERILE EO	Sterilized Using Ethylene Oxide*
5.2.8	Do Not Use if Package is Damaged*
5.1.4	Use-by Date*
5.2.6 STERILIZE	Do Not Resterilize*
5.1.5 LOT	Batch/Lot Number*
5.1.6 REF	Catalogue Number*
5.4.4	Caution, consult Accompanying Documents*
5.4.2	Do Not Re-use*
5.1.2 EC REP	Authorized Representative in the European Community
Rx Only	Prescription Use Only ***

***This symbol is in accordance with ISO 15223-1.**

***** FDA guidance Use of Symbols in Labeling.**

EC REP
MPS Medical Product Service GmbH
Borngasse 20
35619 Braunfels
Germany

Medical Components, Inc.
1499 Delp Drive
Harleysville, PA 19438 U.S.A.
Tel:215-256-4201
Fax:215-256-1787
www.medcompnet.com

CE 2797

PN 4192-1BSI Rev. 3/19 B